

الجمهورية اللبنانية  
وزارة الصحة العامة  
المديرية العامة

رقم المحفوظات: ١٧/٢٠٢-٤٤  
بيروت في ١١ تموز ٢٠١٨

قرار رقم ١/٢٠٢٢  
سحب طبخات معينة من مستلزم طبي من الاسواق اللبنانية ومنع تداولها

ان وزير الصحة العامة  
بناء على المرسوم رقم ٣ تاريخ ٢٠١٦/١٢/١٨  
بناء على قانون مزاوله مهنة الصيدلة رقم ٣٦٧ تاريخ ١٩٩٤/٨/١ وتعديلاته  
بناء على كتاب مستودع ادوية شركة "ديما هيلث- كير" ش.م.م المسجل لدى مصلحة الديوان تحت رقم ٤٧٩١٢ تاريخ  
٢٠١٨/١١/١٩ المرفق بكتاب من شركة Medtronic والمتضمنين قرارهم بسحب طوعي لبعض الطبخات من المستلزم الطبي  
Covidien Parietex™ Composite Parastomal Mesh من الاسواق اللبنانية وذلك بسبب:  
"failure identified several years following parastomal hernia repair  
and leading to hernia recurrence requiring additional surgical treatment."

وحفاظًا على السلامة العامة،  
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة  
بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية  
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة


يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تُسحب من الاسواق اللبنانية ويمنع تداول طبخات من المستلزم الطبي Covidien Parietex™ Composite Parastomal Mesh الآتي بيانها :

Material Description	Batch no/ Serial no	
PCOPM15 PARIETEX COMP STOMY 15CM NOHOLE	PRG1020X	Exported to Lebanon
PCOPM20 PARIETEX COMP STOMY 20CM NOHOLE	PRI1411X	Exported to Lebanon
PCOPM15 PARIETEX COMP STOMY 15CM NOHOLE	PSA1209X	Exported to Lebanon
PCOPM20 PARIETEX COMP STOMY 20CM NOHOLE	PSC0183X	Exported to Lebanon

المادة الثانية: يكلف التفتيش الصيدلي تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.



نقابة صيدلة لبنان  
أمانة السر العامة  
رقم الورود ٢٤٨٢  
تاريخ الورود ٢٠١٨/١٢/١٤  
رقم الجلسة  
تاريخ الجلسة

يلف:  
- منظمة الصحة العالمية  
- المديرية العامة للجمارك  
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  
- نقابة الاطباء في بيروت و الشمال  
- نقابة اصحاب المستشفيات  
- نقابة صيدلة لبنان  
- نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات  
- مديرية العناية الطبية  
- التفتيش الصيدلي في مصالح الصحة العامة في المحافظات  
- مصلحة الصيدلة و الدوائر التابعة لها مع الملف  
- المستودع العام للادوية الكرتينا ب/ دائرة التجهيز و التموين